

Geschätzte Damen und Herren

Im März wird am ZLM auf eine neue Laborautomation umgestellt. Für eine Optimierung der Analytik, einen reibungslosen Ablauf unsererseits und eine gewohnt schnelle Durchlaufzeit bis zum Erhalt des Resultats, ist die Einführung eines zusätzlichen Serum-Röhrchens unumgänglich.


Das neue Röhrchen besitzt einen gelben Deckel (die Farbe erscheint auf dem Etikett). Es enthält ein inertes Trenngel und einen Gerinnungsaktivator. Hierdurch wird eine Verfälschung des Resultats durch unvollständig geronnenes oder nachkoagulierendes Probenmaterial zuverlässig verhindert.

Dies bedeutet für Sie **eine Änderung in Ihrem Arbeitsablauf:**

**Bisher:**




SRM 4008894




**Neu ab sofort:**



SRM 4008894



SRM 4008898



**Wir bitten Sie ab sofort**

- **bei «Serum» neu Röhrchen mit gelbem Deckel zu verwenden und die angeforderte Stückzahl genau einzuhalten (ein Röhrchen pro ausgedrucktes Etikett).**
- **bei «Serum ohne Gel» weiterhin Röhrchen mit rotem Deckel zu verwenden (z.B. für die Bestimmung von Medikamenten, da diese am Gel absorbieren können, sowie weiterhin für die Bestimmung der Blutgruppe etc.).**

Bei nicht korrekter Handhabung weisen wir darauf hin, dass die Durchführung der Analytik eingeschränkt und verzögert wird. Für allfällige Fragen steht Ihnen Frau Dr. Regine Garcia Boy telefonisch unter 058 580 92 51 oder per Mail [regine.garciaboy@zlm.ch](mailto:regine.garciaboy@zlm.ch) gerne zur Verfügung.

Zentrum für Labormedizin

Prof. Dr. med. Wolfgang Korte  
CEO und Chefarzt

Kommerzielle Produkte oder Dienstleistungen von Drittanbietern, die nicht vom ZLM selber generiert werden (z.B. Verbrauchsmaterialien oder als «nicht im akkreditierten Bereich» gekennzeichnete Untersuchungsverfahren, siehe auch Vademecum <https://zlm.ch>) unterliegen nicht der Akkreditierung des ZLM (STS 155). Bei diesbezüglichen Unklarheiten erhalten Sie Auskunft unter T +41 58 580 92 00.

Zentrum für Labormedizin

Frohbergstrasse 3, Postfach 1217, 9001 St. Gallen  
T +41 58 580 92 00, F +41 71 494 39 00, [info@zlm.ch](mailto:info@zlm.ch)  
[www.zlm.ch](http://www.zlm.ch)



akkreditiert nach ISO/IEC17025 (STS 155)

**KCHI** Klinische Chemie, Hämatologie und Immunologie  
**HM** Humanmedizinische Mikrobiologie  
**VD** Veterinärdiagnostik